



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

RESPOSTA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO

SOLICITANTE: MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo Cesar Sant'ana

PROCESSO Nº.:0778170027149

SECRETARIA: vara única

COMARCA: Arinos

I – DADOS COMPLEMENTARES À REQUISIÇÃO:

REQUERENTE: AJRL

IDADE: 2

PEDIDO DA AÇÃO: MATERIAL

DOENÇA(S) INFORMADA(S):

FINALIDADE / INDICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO

REGISTRO NO CONSELHO PROFISSIONAL: CRMMG -70443

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:2017 00

II – PERGUNTAS DO JUÍZO:

Trata-se de ação cautelar, em que a parte postula pela tutela antecipada para obrigar a parte ré a fornecer “BOTTOM DE GASTRONOMIA TIPO MIC-KEY”, a cada seis meses, por ser o autor portador de paralisia cerebral e epilepsia, secundários a síndrome hipóxico-isquêmica ao nascimento. Solicito informações técnicas acerca do insumo solicitado:1. O insumo Bottom de Gastronomia Mic-Key é fornecido pelo SUS?2) Caso não seja fornecido, existem outros disponibilizados pelo SUS que tenham o mesmo efeito e que sejam adequados ao tratamento do paciente?

III – CONSIDERAÇÕES/RESPOSTAS:

A Gastrostomia Endoscópica Percutânea é indicada para pacientes que,por diversas razões, não têm capacidade de se alimentar oralmente, devido a distúrbios de deglutição necessitando, desta forma, de um suporte nutricional



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

por longo período, por apresentarem em situação de risco nutricional. Geralmente é realizado em pacientes com doenças degenerativas progressivas, sequelas de acidente vascular cerebral(derrame), doença de Alzheimer, mal de Parkinson, síndrome de West, demência senil, atrasos psicomotores severos, tumores da cabeça e pescoço, tumores no esôfago ou estômago, entre outras indicações. Quando é necessária a alimentação por um longo prazo recomenda-se a troca da Gastrostomia Endoscópica Percutânea PEG - 2 por uma Sonda Botton/kit. Isso após a cicatrização completa do orifício, por volta de três a seis semanas. A substituição da PEG pelo Botton/kit de gastrostomia destina-se a proporcionar uma melhor estética e principalmente conforto para o paciente, sendo rente a barriga do paciente.

A sonda de gastrostomia é fornecida pelo SUS da seguinte forma:

- Em pacientes ambulatoriais deverá ser emitida uma AIH (guia de internação hospitalar) e o paciente ser encaminhado a um centro com condições de realizar o procedimento (equipe médica capacitada). No caso em tela esta indicada a sonda botton ; e é disponível no SUS. Regra geral casos de maior complexidade com estes (criança; em uso de anticonvulsivante) são encaminhados para centro de referência do estado (Hospital das Clínicas, Rede Fhemig, Santa Casa)

Mic-key é uma marca de bottom siliconado que é muito utilizada tornando-se sinônimo de bottom siliconado (por exemplo lâmina de barbear=gilete). A compras dos dispositivos pelo SUS/hospitais dependem de licitação; pregão etc.No caso em tela o menor tem necessidade de bottom/sonda de gastrostomia não sendo necessário a marca Mic-key.

REPOSTA :

1. O insumo Bottom de Gastronomia siliconado Mic-Key é fornecido pelo SUS? **Sim em alguns serviços (No Hospital das Clinicas da UFMG esta disponível no momento). No SUS esta disponível bottom siliconado para administração da dieta. Mic -key pe uma marca de bottom siliconado que é muito utilizada tornando-se sinônimo de bottom siliconado (por exemplo**



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 200, 4º andar, sala 410, Edifício Libertas - Belo Horizonte - MG
CEP 30170-000-Telefone (31) 3248-4230 – email: cemed.natjus@tjmg.jus.br

lâmina de barbear=gilete). A compras dos dispositivos dependem de licitação; pregão etc.

2) Caso não seja fornecido, existem outros disponibilizados pelo SUS que tenham o mesmo efeito e que sejam adequados ao tratamento do paciente?

Sim; esta disponibilizado no SUS bottom siliconados para administração de dieta com mesma qualidade e durabilidade da marca mic-key.

IV – REFERÊNCIAS:

Portal CNJ

Portal CONITEC

V – DATA: 21/11/2017

NATJUS - TJMG